

## Outil de vérification des mesures de prévention du TASS

(en anglais *Toxic Anterior Segment Syndrome*)

Cet outil permet de documenter et de faire le suivi de l'application des mesures de prévention du TASS notamment lors du processus de retraitement des dispositifs médicaux (RDM). Les informations qui y sont colligées pourront ensuite être utilisées afin d'établir et de mettre en place un plan d'action.

Outils de vérification des mesures de prévention du TASS					
1. Avant et pendant l'intervention	Oui	Non	N/A	Responsable	Actions correctives/ commentaires
Nombre suffisant de dispositifs médicaux (DM) selon le volume chirurgical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Aucune réutilisation du matériel médical à usage unique (MMUU)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Utilisation de canules à usage unique privilégiée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Utilisation de médication intra-oculaire sans agent de conservation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nettoyage des DM et rinçage des canules réutilisables avec eau stérile post utilisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Manipulation de la lentille intraoculaire sans contact avec les gants du personnel lors de l'intervention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. Après l'intervention	Oui	Non	N/A	Responsable	Actions correctives/ commentaires
Acheminement des DM contaminés vers l'URDM dans un contenant de transport dédié, fermé et identifié	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. RDM	Oui	Non	N/A	Responsable	Actions correctives/ commentaires
Temps suffisant pour effectuer le RDM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Respect des procédures de nettoyage et de la stérilisation des DM selon les instructions du fabricant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nettoyage des DM ophtalmiques séparément des autres DM (un cas à la fois dans l'évier)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Utilisation de détergent validé pour le nettoyage des DM ophtalmiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Respect des instructions du fabricant du détergent concernant la dilution et le temps de contact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rinçage abondant des DM nettoyés avec une eau critique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nettoyage des brosses réutilisables de nettoyage après chaque utilisation et désinfection au moins une fois par jour	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Respect des entretiens des appareils de retraitement (ultrasonique, laveur-désinfecteur et stérilisateur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Utilisation d'une eau fraîche pour chaque cycle de l'appareil de nettoyage ultrasonique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Séchage des DM avec un linge propre, doux et non pelucheux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Séchage des DM avec lumières à l'aide d'air comprimé de qualité instrument	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Aucune utilisation d'aldéhydes (ex. : glutaraldéhyde en raison de la toxicité de ces résidus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Qualité de l'eau adéquate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Qualité de la vapeur adéquate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4. Autres éléments pertinents à considérer	Oui	Non	N/A	Responsable	Actions correctives/ commentaires
Formation et évaluation des compétences du personnel affecté au RDM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Élaboration et mise à jour des politiques et des procédures en RDM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		